



<sup>1</sup> externe pacemakers vallen niet onder deze richtlijn, zie overwegingen.  
<sup>2</sup> er zijn geen MRI-veilige CIEDs dus of MRI-voorwaardelijk of niet-vrijgegeven.  
<sup>3</sup> niet zijnde epicardiale draden, en zonder extenders of lead adaptors.  
<sup>4</sup> onder achtergelaten draden vallen ook afgedopte, afgeknipte draden of draadfragmenten.  
<sup>5</sup> 'whole body' MRI-systeem met een horizontale/gesloten supergeleidende magneet met een veldsterkte 1,5 T.

ALS = advanced life support  
 CIED = cardiac implantable electronic device  
 ICD = implanteerbare cardioverter defibrillator  
 MRI = magnetic resonance imaging  
 SAR = specific absorption rate  
 T = Tesla



Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de module 'MRI bij patiënten met CIEDs' van de richtlijn 'Gebruik MRI bij patiënten met implantaten'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.  
 NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.



Ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten

©2023 Versie 1 (01-02-2024)