


Bone Conduction Devices



*Een mogelijk lange termijn controleschema (controles kunnen ook plaatsvinden in een audiologisch centrum):

Jaar 1: implantatiecentrum
Jaar 2: ziekenhuis in de buurt
Jaar 3: implantatiecentrum
Jaar 4: ziekenhuis in de buurt
Jaar 5: implantatiecentrum (mede gezien mogelijk op handen zijnde vervanging)

NB1: Dit stroomdiagram hoort bij de richtlijn Bone Conduction Devices'. Lees altijd de overwegingen en aanbevelingen van de betreffende module voor nuances, eventuele afwijkende situaties en extra achtergrondinformatie.

NB2: Betrek de patiënt bij de besluitvorming.

NB3: De weergegeven volgorde van diagnostische stappen is schematisch. In de praktijk kan een proefperiode via het audiologisch centrum reeds hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de beoordeling door de KNO-arts.